



Quidel Germany GmbH
Leibnizstr. 11
70806 Kornwestheim

Service-Hotline: +49 7154 1593912
Option 2 für technischen Service wählen

***Quidel recommends use of Expected Values card provided with each kit to determine product performance**

External controls should be tested with each new lot or shipment of test materials, or every 30 days, and as otherwise required by your lab's standard quality control procedures

RiliBÄK-konforme Zielwerte und Zielwertbereiche für Kontrollmessungen

aktuelle Version abrufbar unter www.quidel.com/support/international/rilibak

Für Troponin I Kontrollen mit Zielwerten unter 0,1 ng/ml gilt der vom Hersteller angegebene Bereich - siehe Tabelle B1 der RiliBÄK.
Dies betrifft die Triage Total 3 Controls Level 1.

Triage®

Zielbereiche für Troponin I

für die Parameter Myoglobin, CKMB, BNP, D-Dimer, NT-proBNP
gelten die vom Hersteller angegebenen Bereiche
- siehe Kontrollprobenpackung

CONTROL	ANALYT	TRIAGE CONTROL LOT	VERFALL	ZIELWERT	EINHEIT	MIN	MAX	PANEL	LOT	LOT VERFALL
Triage Total 3 Control	TNI	C3682	3/28/2022	0.04	ng/ml	0.03	– 0.05		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
Triage Total 3 Control	TNI	C3685	2/28/2022	7.99	ng/ml	6.39	– 9.59		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
Triage Total 3 Control	TNI	C3685	2/28/2022	7.08	ng/ml	5.66	– 8.50	Cardio 3	11968	11/1/2021
Triage Total 3 Control	TNI	C3685	2/28/2022	8.10	ng/ml	6.48	– 9.72	Cardio 3	11972	12/25/2021
Triage Total 3 Control	TNI	C3685	2/28/2022	7.10	ng/ml	5.68	– 8.52	Trop I	11965	10/21/2021
Triage Total 3 Control	TNI	C3685	2/28/2022	6.45	ng/ml	5.16	– 7.74	Trop I	12100	12/31/2021
Triage Total 3 Control	TNI	C3685	2/28/2022	9.06	ng/ml	7.25	– 10.87	Trop I	12349	4/6/2022
Triage Total 3 Control	TNI	C3685	2/28/2022	7.97	ng/ml	6.38	– 9.56	Trop I	11973	4/23/2022
Triage Total 3 Control	TNI	C3685	2/28/2022	7.71	ng/ml	6.17	– 9.25	Trop I	12357	6/16/2022
Triage Total 3 Control	TNI	C3685	2/28/2022	7.60	ng/ml	6.08	– 9.12	Cardio 3	12603	6/13/2022
Triage Total 3 Control	TNI	C3685	2/28/2022	7.28	ng/ml	5.82	– 8.74	Cardio 3	12696	7/4/2022
Triage Total 3 Control	TNI	C3685	2/28/2022	7.23	ng/ml	5.78	– 8.68	Cardio 3	12697	6/24/2022
Triage Total 3 Control	TNI	C3685	2/28/2022	7.01	ng/ml	5.61	– 8.41	Trop I	12547	8/6/2022
Triage Total 3 Control	TNI	C3685	2/28/2022	7.13	ng/ml	5.70	– 8.56	Cardio 3	12699	9/11/2022
Triage Total 3 Control	TNI	C3685	2/28/2022	7.70	ng/ml	6.16	– 9.24	Cardio 3	12760	10/15/2022
Triage Total 3 Control	TNI	C3731	10/18/2022	0.06	ng/ml	0.05	– 0.07		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
Triage Total 3 Control	TNI	C3731	10/18/2022	0.04	ng/ml	0.03	– 0.05	Cardio 3	12699	9/11/2022
Triage Total 3 Control	TNI	C3731	10/18/2022	0.06	ng/ml	0.05	– 0.07	Cardio 3	12760	10/15/2022

Triage Total 3 Control	TNI	C3732	7/5/2022	7.35	ng/ml	5.88	_	8.82		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
Triage Total 3 Control	TNI	C3732	7/5/2022	8.28	ng/ml	6.62	_	9.94	Trop I	11973	4/23/2022
Triage Total 3 Control	TNI	C3732	7/5/2022	8.91	ng/ml	7.13	_	10.69	Trop I	12357	6/16/2022
Triage Total 3 Control	TNI	C3732	7/5/2022	8.13	ng/ml	6.50	_	9.76	Cardio 3	12603	6/13/2022
Triage Total 3 Control	TNI	C3732	7/5/2022	8.39	ng/ml	6.71	_	10.07	Cardio 3	12696	7/4/2022
Triage Total 3 Control	TNI	C3732	7/5/2022	8.09	ng/ml	6.47	_	9.71	Cardio 3	12697	6/24/2022
Triage Total 3 Control	TNI	C3732	7/5/2022	7.57	ng/ml	6.06	_	9.08	Trop I	12547	8/6/2022
Triage Total 3 Control	TNI	C3732	7/5/2022	7.27	ng/ml	5.82	_	8.72	Cardio 3	12699	9/11/2022
Triage Total 3 Control	TNI	C3732	7/5/2022	7.12	ng/ml	5.70	_	8.54	Cardio 3	12760	10/15/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3675	12/24/2021	15.20	ng/ml	12.16	_	18.24		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
Triage Total 5 Control	TNI	C3767	1/24/2022	0.50	ng/ml	0.40	_	0.60		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
Triage Total 5 Control	TNI	C3767	1/24/2022	0.53	ng/ml	0.42	_	0.64	SOB	12181	11/2/2021
Triage Total 5 Control	TNI	C3767	1/24/2022	0.49	ng/ml	0.39	_	0.59	SOB	12238	12/14/2021
Triage Total 5 Control	TNI	C3767	1/24/2022	0.51	ng/ml	0.41	_	0.61	SOB	12239	12/19/2021
Triage Total 5 Control	TNI	C3767	1/24/2022	0.53	ng/ml	0.42	_	0.64	SOB	12434	2/4/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3767	1/24/2022	0.46	ng/ml	0.37	_	0.55	SOB	12342	1/31/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3767	1/24/2022	0.48	ng/ml	0.38	_	0.58	SOB	12338	1/17/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3767	1/24/2022	0.46	ng/ml	0.37	_	0.55	SOB	12438	2/15/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3767	1/24/2022	0.52	ng/ml	0.42	_	0.62	SOB	12336	1/13/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3767	1/24/2022	0.57	ng/ml	0.46	_	0.68	SOB	12447	3/14/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3767	1/24/2022	0.47	ng/ml	0.38	_	0.56	SOB	12449	3/21/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3767	1/24/2022	0.42	ng/ml	0.34	_	0.50	SOB	12448	3/29/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3770	4/21/2022	0.53	ng/ml	0.42	_	0.64		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
Triage Total 5 Control	TNI	C3770	4/21/2022	0.57	ng/ml	0.46	_	0.68	SOB	12434	2/4/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3770	4/21/2022	0.53	ng/ml	0.42	_	0.64	SOB	12342	1/31/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3770	4/21/2022	0.49	ng/ml	0.39	_	0.59	SOB	12338	1/17/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3770	4/21/2022	0.52	ng/ml	0.42	_	0.62	SOB	12438	2/15/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3770	4/21/2022	0.57	ng/ml	0.46	_	0.68	SOB	12336	1/13/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3770	4/21/2022	0.55	ng/ml	0.44	_	0.66	SOB	12447	3/14/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3770	4/21/2022	0.49	ng/ml	0.39	_	0.59	SOB	12449	3/21/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3770	4/21/2022	0.49	ng/ml	0.39	_	0.59	SOB	12448	3/29/2022

Triage Total 5 Control	TNI	C3770	4/21/2022	0.51	ng/ml	0.41	_	0.61	SOB	12512	5/3/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3770	4/21/2022	0.60	ng/ml	0.48	_	0.72	SOB	12509	4/26/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3770	4/21/2022	0.54	ng/ml	0.43	_	0.65	SOB	12592	5/30/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3770	4/21/2022	0.62	ng/ml	0.50	_	0.74	SOB	12797	6/23/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3770	4/21/2022	0.54	ng/ml	0.43	_	0.65	SOB	12686	6/13/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3770	4/21/2022	0.62	ng/ml	0.50	_	0.74	SOB	12687	6/17/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3775	7/1/2022	0.50	ng/ml	0.40	_	0.60		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
Triage Total 5 Control	TNI	C3775	7/1/2022	0.53	ng/ml	0.42	_	0.64	SOB	12512	5/3/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3775	7/1/2022	0.58	ng/ml	0.46	_	0.70	SOB	12509	4/26/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3775	7/1/2022	0.56	ng/ml	0.45	_	0.67	SOB	12592	5/30/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3775	7/1/2022	0.58	ng/ml	0.46	_	0.70	SOB	12797	6/23/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3775	7/1/2022	0.61	ng/ml	0.49	_	0.73	SOB	12686	6/13/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3775	7/1/2022	0.58	ng/ml	0.46	_	0.70	SOB	12687	6/17/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3775	7/1/2022	0.43	ng/ml	0.34	_	0.52	SOB	12806	7/14/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3775	7/1/2022	0.48	ng/ml	0.38	_	0.58	SOB	12808	7/15/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3775	7/1/2022	0.44	ng/ml	0.35	_	0.53	SOB	12818	8/4/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3789	1/30/2022	15.40	ng/ml	12.32	_	18.48		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
Triage Total 5 Control	TNI	C3789	1/30/2022	17.00	ng/ml	13.60	_	20.40	SOB	12181	11/2/2021
Triage Total 5 Control	TNI	C3789	1/30/2022	15.22	ng/ml	12.18	_	18.26	SOB	12238	12/14/2021
Triage Total 5 Control	TNI	C3789	1/30/2022	16.61	ng/ml	13.29	_	19.93	SOB	12239	12/19/2021
Triage Total 5 Control	TNI	C3789	1/30/2022	17.59	ng/ml	14.07	_	21.11	SOB	12434	2/4/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3789	1/30/2022	15.74	ng/ml	12.59	_	18.89	SOB	12342	1/31/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3789	1/30/2022	15.31	ng/ml	12.25	_	18.37	SOB	12338	1/17/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3789	1/30/2022	15.99	ng/ml	12.79	_	19.19	SOB	12438	2/15/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3789	1/30/2022	15.30	ng/ml	12.24	_	18.36	SOB	12336	1/13/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3789	1/30/2022	18.15	ng/ml	14.52	_	21.78	SOB	12447	3/14/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3789	1/30/2022	15.18	ng/ml	12.14	_	18.22	SOB	12449	3/21/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3789	1/30/2022	15.38	ng/ml	12.30	_	18.46	SOB	12448	3/29/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3792	3/27/2022	15.50	ng/ml	12.40	_	18.60		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
Triage Total 5 Control	TNI	C3792	3/27/2022	18.39	ng/ml	14.71	_	22.07	SOB	12434	2/4/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3792	3/27/2022	15.93	ng/ml	12.74	_	19.12	SOB	12342	1/31/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3792	3/27/2022	15.55	ng/ml	12.44	_	18.66	SOB	12338	1/17/2022

Triage Total 5 Control	TNI	C3792	3/27/2022	16.83	ng/ml	13.46	_	20.20	SOB	12438	2/15/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3792	3/27/2022	16.55	ng/ml	13.24	_	19.86	SOB	12336	1/13/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3792	3/27/2022	18.96	ng/ml	15.17	_	22.75	SOB	12447	3/14/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3792	3/27/2022	16.36	ng/ml	13.09	_	19.63	SOB	12449	3/21/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3792	3/27/2022	15.80	ng/ml	12.64	_	18.96	SOB	12448	3/29/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3792	3/27/2022	15.32	ng/ml	12.26	_	18.38	SOB	12512	5/3/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3792	3/27/2022	15.58	ng/ml	12.46	_	18.70	SOB	12509	4/26/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3792	3/27/2022	16.37	ng/ml	13.10	_	19.64	SOB	12592	5/30/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3792	3/27/2022	17.12	ng/ml	13.70	_	20.54	SOB	12797	6/23/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3792	3/27/2022	16.91	ng/ml	13.53	_	20.29	SOB	12686	6/13/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3792	3/27/2022	17.12	ng/ml	13.70	_	20.54	SOB	12687	6/17/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3797	6/25/2022	16.80	ng/ml	13.44	_	20.16		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
Triage Total 5 Control	TNI	C3797	6/25/2022	14.39	ng/ml	11.51	_	17.27	SOB	12797	6/23/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3797	6/25/2022	12.84	ng/ml	10.27	_	15.41	SOB	12686	6/13/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3797	6/25/2022	14.52	ng/ml	11.62	_	17.42	SOB	12687	6/17/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3797	6/25/2022	12.46	ng/ml	9.97	_	14.95	SOB	12806	7/14/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3797	6/25/2022	12.94	ng/ml	10.35	_	15.53	SOB	12808	7/15/2022
Triage Total 5 Control	TNI	C3797	6/25/2022	13.78	ng/ml	11.02	_	16.54	SOB	12818	8/4/2022
hs-TNI Control 2	TNI	C3757	12/20/2021	518.00	ng/L	414.40	_	621.60		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
hs-TNI Control 2	TNI	C3758	1/22/2022	498.00	ng/L	398.40	_	597.60		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
hs-TNI Control 1	TNI	C3754	2/9/2022	26.00	ng/L	20.80	_	31.20		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
hs-TNI Control 2	TNI	C3813	2/22/2022	523.00	ng/L	418.40	_	627.60		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
hs-TNI Control 1	TNI	C3755	3/16/2022	27.00	ng/L	21.60	_	32.40		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
hs-TNI Control 2	TNI	C3814	3/16/2022	553.00	ng/L	442.40	_	663.60		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
Triage Total 5 Control	BNP	C3767	1/24/2022	100	pg/ml	85	_	114		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
Triage Total 5 Control	BNP	C3767	1/24/2022	101	pg/ml	86	_	116	SOB	12181	11/2/2021
Triage Total 5 Control	BNP	C3767	1/24/2022	106	pg/ml	90	_	122	BNP	12130	12/4/2021

Triage Total 5 Control	BNP	C3767	1/24/2022	104	pg/ml	88	_	120	BNP	12134	12/9/2021
Triage Total 5 Control	BNP	C3767	1/24/2022	101	pg/ml	86	_	116	SOB	12238	12/14/2021
Triage Total 5 Control	BNP	C3767	1/24/2022	98	pg/ml	83	_	113	SOB	12239	12/19/2021
Triage Total 5 Control	BNP	C3767	1/24/2022	103	pg/ml	88	_	118	SOB	12434	2/4/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3767	1/24/2022	94	pg/ml	80	_	108	SOB	12338	1/17/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3767	1/24/2022	92	pg/ml	78	_	106	SOB	12438	2/15/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3767	1/24/2022	98	pg/ml	83	_	113	SOB	12342	1/31/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3767	1/24/2022	107	pg/ml	91	_	123	BNP	12384	3/6/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3767	1/24/2022	106	pg/ml	90	_	122	SOB	12336	1/13/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3767	1/24/2022	112	pg/ml	95	_	129	SOB	12447	3/14/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3767	1/24/2022	103	pg/ml	88	_	118	SOB	12449	3/21/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3767	1/24/2022	95	pg/ml	81	_	109	SOB	12448	3/29/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3767	1/24/2022	103	pg/ml	88	_	118	BNP	12388	3/17/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3770	4/21/2022	107	pg/ml	91	_	123		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
Triage Total 5 Control	BNP	C3770	4/24/2022	115	pg/ml	98	_	132	SOB	12434	2/4/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3770	4/24/2022	99	pg/ml	84	_	114	SOB	12338	1/17/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3770	4/24/2022	98	pg/ml	83	_	113	SOB	12438	2/15/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3770	4/24/2022	104	pg/ml	88	_	120	SOB	12342	1/31/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3770	4/24/2022	114	pg/ml	97	_	131	BNP	12384	3/6/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3770	4/24/2022	116	pg/ml	99	_	133	SOB	12336	1/13/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3770	4/24/2022	116	pg/ml	99	_	133	SOB	12447	3/14/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3770	4/24/2022	106	pg/ml	90	_	122	SOB	12449	3/21/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3770	4/24/2022	109	pg/ml	93	_	125	SOB	12448	3/29/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3770	4/24/2022	106	pg/ml	90	_	122	BNP	12388	3/17/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3770	4/24/2022	120	pg/ml	102	_	138	BNP	12633	6/10/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3770	4/24/2022	125	pg/ml	106	_	144	BNP	12482	6/2/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3770	4/24/2022	109	pg/ml	93	_	125	SOB	12512	5/3/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3770	4/24/2022	118	pg/ml	100	_	136	SOB	12509	4/26/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3770	4/24/2022	111	pg/ml	94	_	128	SOB	12592	5/30/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3770	4/24/2022	111	pg/ml	94	_	128	BNP	12396	4/7/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3770	4/24/2022	117	pg/ml	99	_	135	SOB	12687	6/17/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3770	4/24/2022	103	pg/ml	88	_	118	SOB	12686	6/13/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3770	4/24/2022	117	pg/ml	99	_	135	SOB	12797	6/23/2022

Triage Total 5 Control	BNP	C3775	7/1/2022	96	pg/ml	82	-	110		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
Triage Total 5 Control	BNP	C3775	7/1/2022	115	pg/ml	98	-	132	BNP	12633	6/10/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3775	7/1/2022	108	pg/ml	92	-	124	BNP	12482	6/2/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3775	7/1/2022	104	pg/ml	88	-	120	SOB	12512	5/3/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3775	7/1/2022	104	pg/ml	88	-	120	SOB	12509	4/26/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3775	7/1/2022	100	pg/ml	85	-	115	SOB	12592	5/30/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3775	7/1/2022	104	pg/ml	88	-	120	BNP	12396	4/7/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3775	7/1/2022	106	pg/ml	90	-	122	SOB	12687	6/17/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3775	7/1/2022	105	pg/ml	89	-	121	SOB	12686	6/13/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3775	7/1/2022	106	pg/ml	90	-	122	SOB	12797	6/23/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3775	7/1/2022	100	pg/ml	85	-	115	SOB	12806	7/14/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3775	7/1/2022	98	pg/ml	83	-	112	SOB	12808	7/15/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3775	7/1/2022	82	pg/ml	70	-	94	SOB	12818	8/4/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3775	7/1/2022	99	pg/ml	84	-	114	BNP	12738	7/29/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3775	7/1/2022	91	pg/ml	77	-	105	BNP	12743	8/17/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3775	7/1/2022	101	pg/ml	86	-	116	BNP	12751	8/23/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3789	1/30/2022	2260	pg/ml	1921	-	2599		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
Triage Total 5 Control	BNP	C3789	1/30/2022	2417	pg/ml	2054	-	2780	SOB	12181	11/2/2021
Triage Total 5 Control	BNP	C3789	1/30/2022	2369	pg/ml	2014	-	2724	BNP	12130	12/4/2021
Triage Total 5 Control	BNP	C3789	1/30/2022	2412	pg/ml	2050	-	2774	BNP	12134	12/9/2021
Triage Total 5 Control	BNP	C3789	1/30/2022	2368	pg/ml	2013	-	2723	SOB	12238	12/14/2021
Triage Total 5 Control	BNP	C3789	1/30/2022	2493	pg/ml	2119	-	2867	SOB	12239	12/19/2021
Triage Total 5 Control	BNP	C3789	1/30/2022	2683	pg/ml	2281	-	3085	SOB	12434	2/4/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3789	1/30/2022	2202	pg/ml	1872	-	2532	SOB	12338	1/17/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3789	1/30/2022	2511	pg/ml	2134	-	2888	SOB	12438	2/15/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3789	1/30/2022	2580	pg/ml	2193	-	2967	SOB	12342	1/31/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3789	1/30/2022	2462	pg/ml	2093	-	2831	BNP	12384	3/6/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3789	1/30/2022	2380	pg/ml	2023	-	2737	SOB	12447	1/13/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3789	1/30/2022	3070	pg/ml	2610	-	3531	SOB	12447	3/14/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3789	1/30/2022	2350	pg/ml	1998	-	2703	SOB	12449	3/21/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3789	1/30/2022	2507	pg/ml	2131	-	2883	SOB	12448	3/29/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3789	1/30/2022	2652	pg/ml	2254	-	3050	BNP	12388	4/12/2022

Triage Total 5 Control	BNP	C3792	3/27/2022	2340	pg/ml	1989	_	2691		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
Triage Total 5 Control	BNP	C3792	3/27/2022	2698	pg/ml	2293	_	3103	SOB	12434	2/4/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3792	3/27/2022	2327	pg/ml	1978	_	2676	SOB	12338	1/17/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3792	3/27/2022	2749	pg/ml	2337	_	3161	SOB	12438	2/15/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3792	3/27/2022	2582	pg/ml	2195	_	2969	SOB	12342	1/31/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3792	3/27/2022	2459	pg/ml	2090	_	2828	BNP	12311	1/30/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3792	3/27/2022	2448	pg/ml	2081	_	2815	BNP	12384	3/6/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3792	3/27/2022	2593	pg/ml	2204	_	2982	SOB	12336	1/13/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3792	3/27/2022	3344	pg/ml	2842	_	3846	SOB	12447	3/14/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3792	3/27/2022	2433	pg/ml	2068	_	2798	SOB	12449	3/21/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3792	3/27/2022	2446	pg/ml	2079	_	2813	SOB	12448	3/29/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3792	3/27/2022	2719	pg/ml	2311	_	3127	BNP	12388	4/12/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3792	3/27/2022	2389	pg/ml	2031	_	2747	BNP	12633	6/10/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3792	3/27/2022	2574	pg/ml	2188	_	2960	BNP	12482	6/2/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3792	3/27/2022	2529	pg/ml	2150	_	2908	SOB	12512	5/3/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3792	3/27/2022	2520	pg/ml	2142	_	2898	SOB	12509	4/26/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3792	3/27/2022	2195	pg/ml	1866	_	2524	SOB	12592	5/30/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3792	3/27/2022	2676	pg/ml	2275	_	3077	BNP	12396	4/7/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3792	3/27/2022	2847	pg/ml	2420	_	3274	SOB	12687	6/17/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3792	3/27/2022	2577	pg/ml	2190	_	2964	SOB	12686	6/13/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3792	3/27/2022	2847	pg/ml	2420	_	3274	SOB	12797	6/23/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3797	6/25/2022	2510	pg/ml	2134	_	2887		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
Triage Total 5 Control	BNP	C3797	6/25/2022	2065	pg/ml	1755	_	2375	BNP	12396	4/7/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3797	6/25/2022	2442	pg/ml	2076	_	2808	SOB	12687	6/17/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3797	6/25/2022	2051	pg/ml	1743	_	2359	SOB	12686	6/13/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3797	6/25/2022	2566	pg/ml	2181	_	2951	SOB	12797	6/23/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3797	6/25/2022	2181	pg/ml	1854	_	2508	SOB	12806	7/14/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3797	6/25/2022	2416	pg/ml	2054	_	2778	SOB	12808	7/15/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3797	6/25/2022	2366	pg/ml	2011	_	2721	SOB	12818	8/4/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3797	6/25/2022	2290	pg/ml	1947	_	2634	BNP	12738	7/29/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3797	6/25/2022	2405	pg/ml	2044	_	2766	BNP	12743	8/17/2022
Triage Total 5 Control	BNP	C3797	6/25/2022	2310	pg/ml	1964	_	2657	BNP	12751	8/23/2022

NT-proBNP	NT-proBNP	C3696	11/13/2021	143	pg/ml	122	–	164		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
NT-proBNP	NT-proBNP	C3696	11/13/2021	123	pg/ml	105	–	141	NT-proBNP	12261	12/18/2021
NT-proBNP	NT-proBNP	C3696	11/13/2021	114	pg/ml	97	–	131	NT-proBNP	11940	10/2/2021
NT-proBNP	NT-proBNP	C3696	11/13/2021	124	pg/ml	105	–	143	NT-proBNP	11551	4/22/2021
NT-proBNP	NT-proBNP	C3715	1/4/2022	2980	pg/ml	2533	–	3427		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
NT-proBNP	NT-proBNP	C3715	1/4/2022	2426	pg/ml	2062	–	2790	NT-proBNP	12261	12/18/2021
NT-proBNP	NT-proBNP	C3715	1/4/2022	2544	pg/ml	2162	–	2926	NT-proBNP	11940	10/2/2021
NT-proBNP	NT-proBNP	C3734	6/23/2022	121	pg/ml	103	–	139		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
NT-proBNP	NT-proBNP	C3734	6/23/2022	122	pg/ml	104	–	140	NT-proBNP	11943	12/6/2021
NT-proBNP	NT-proBNP	C3734	6/23/2022	130	pg/ml	111	–	150	NT-proBNP	12298	4/3/2022
NT-proBNP	NT-proBNP	C3734	6/23/2022	132	pg/ml	112	–	152	NT-proBNP	12355	5/29/2022
NT-proBNP	NT-proBNP	C3734	6/23/2022	130	pg/ml	111	–	150	NT-proBNP	12259	12/5/2021
NT-proBNP	NT-proBNP	C3734	6/23/2022	129	pg/ml	110	–	148	NT-proBNP	12702	6/30/2022
NT-proBNP	NT-proBNP	C3734	6/23/2022	107	pg/ml	91	–	123	NT-proBNP	12263	1/16/2022
NT-proBNP	NT-proBNP	C3734	6/23/2022	109	pg/ml	93	–	125	NT-proBNP	12703	7/8/2022
NT-proBNP	NT-proBNP	C3734	6/23/2022	110	pg/ml	94	–	127	NT-proBNP	12705	8/3/2022
NT-proBNP	NT-proBNP	C3735	9/21/2022	133	pg/ml	113	–	153		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
NT-proBNP	NT-proBNP	C3735	9/21/2022	144	pg/ml	122	–	166	NT-proBNP	12702	6/30/2022
NT-proBNP	NT-proBNP	C3735	9/21/2022	134	pg/ml	114	–	154	NT-proBNP	12703	7/8/2022
NT-proBNP	NT-proBNP	C3735	9/21/2022	121	pg/ml	103	–	139	NT-proBNP	12705	8/3/2022
NT-proBNP	NT-proBNP	C3736	4/19/2022	2940	pg/ml	2499	–	3381		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
NT-proBNP	NT-proBNP	C3736	4/19/2022	2663	pg/ml	2264	–	3062	NT-proBNP	12261	12/18/2021
NT-proBNP	NT-proBNP	C3736	4/19/2022	3160	pg/ml	2686	–	3634	NT-proBNP	11943	12/6/2021
NT-proBNP	NT-proBNP	C3736	4/19/2022	2811	pg/ml	2389	–	3233	NT-proBNP	12298	4/3/2022
NT-proBNP	NT-proBNP	C3736	4/19/2022	2748	pg/ml	2336	–	3160	NT-proBNP	12355	5/29/2022
NT-proBNP	NT-proBNP	C3736	4/19/2022	2775	pg/ml	2359	–	3191	NT-proBNP	12259	12/5/2021
NT-proBNP	NT-proBNP	C3737	5/28/2022	2830	pg/ml	2406	–	3255		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
NT-proBNP	NT-proBNP	C3737	5/28/2022	2849	pg/ml	2422	–	3276	NT-proBNP	11943	12/6/2021
NT-proBNP	NT-proBNP	C3737	5/28/2022	2828	pg/ml	2404	–	3252	NT-proBNP	12298	4/3/2022

NT-proBNP	NT-proBNP	C3737	5/28/2022	2781	pg/ml	2364	–	3198	NT-proBNP	12355	5/29/2022
NT-proBNP	NT-proBNP	C3737	5/28/2022	2949	pg/ml	2507	–	3391	NT-proBNP	12259	12/5/2021
NT-proBNP	NT-proBNP	C3737	5/28/2022	2882	pg/ml	2450	–	3314	NT-proBNP	12702	6/30/2022
NT-proBNP	NT-proBNP	C3737	5/28/2022	2624	pg/ml	2230	–	3018	NT-proBNP	12263	1/16/2022
NT-proBNP	NT-proBNP	C3737	5/28/2022	2643	pg/ml	2247	–	3039	NT-proBNP	12703	7/8/2022
NT-proBNP	NT-proBNP	C3737	5/28/2022	2883	pg/ml	2451	–	3315	NT-proBNP	12705	8/3/2022
NT-proBNP	NT-proBNP	C3817	9/22/2022	2700	pg/ml	2295	–	3105		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
NT-proBNP	NT-proBNP	C3817	9/22/2022	2782	pg/ml	2365	–	3199	NT-proBNP	12702	6/30/2022
NT-proBNP	NT-proBNP	C3817	9/22/2022	2722	pg/ml	2314	–	3130	NT-proBNP	12703	7/8/2022
NT-proBNP	NT-proBNP	C3817	9/22/2022	3698	pg/ml	3143	–	4253	NT-proBNP	12705	8/3/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3767	1/24/2022	423	ng/ml	338	–	508		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
Triage Total 5 Control	DDIM	C3767	1/24/2022	425	ng/ml	340	–	510	SOB	12181	11/2/2021
Triage Total 5 Control	DDIM	C3767	1/24/2022	418	ng/ml	334	–	502	SOB	12238	12/14/2021
Triage Total 5 Control	DDIM	C3767	1/24/2022	446	ng/ml	357	–	535	SOB	12239	12/19/2021
Triage Total 5 Control	DDIM	C3767	1/24/2022	426	ng/ml	341	–	511	SOB	12434	2/4/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3767	1/24/2022	421	ng/ml	337	–	505	SOB	12338	1/17/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3767	1/24/2022	408	ng/ml	326	–	490	SOB	12438	2/15/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3767	1/24/2022	409	ng/ml	327	–	491	SOB	12342	1/31/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3767	1/24/2022	455	ng/ml	364	–	546	DDIM	12463	3/7/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3767	1/24/2022	434	ng/ml	347	–	521	DDIM	12455	2/20/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3767	1/24/2022	474	ng/ml	379	–	569	SOB	12336	1/13/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3767	1/24/2022	451	ng/ml	361	–	541	SOB	12447	3/14/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3767	1/24/2022	438	ng/ml	350	–	526	SOB	12449	3/21/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3767	1/24/2022	414	ng/ml	331	–	497	SOB	12448	3/29/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3767	1/24/2022	396	ng/ml	317	–	475	DDIM	12465	4/12/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3770	4/21/2022	481	ng/ml	385	–	577		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
Triage Total 5 Control	DDIM	C3770	4/21/2022	463	ng/ml	370	–	556	SOB	12434	2/4/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3770	4/21/2022	457	ng/ml	366	–	548	SOB	12338	1/17/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3770	4/21/2022	436	ng/ml	349	–	523	SOB	12438	2/15/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3770	4/21/2022	454	ng/ml	363	–	545	SOB	12342	1/31/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3770	4/21/2022	509	ng/ml	407	–	611	DDIM	12463	3/7/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3770	4/21/2022	467	ng/ml	374	–	560	DDIM	12455	2/20/2022

Triage Total 5 Control	DDIM	C3770	4/21/2022	530	ng/ml	424	_	636	SOB	12336	1/13/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3770	4/21/2022	469	ng/ml	375	_	563	SOB	12447	3/14/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3770	4/21/2022	481	ng/ml	385	_	577	SOB	12449	3/21/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3770	4/21/2022	476	ng/ml	381	_	571	SOB	12448	3/29/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3770	4/21/2022	472	ng/ml	378	_	566	DDIM	12465	4/12/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3770	4/21/2022	490	ng/ml	392	_	588	SOB	12512	5/3/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3770	4/21/2022	485	ng/ml	388	_	582	SOB	12509	4/26/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3770	4/21/2022	506	ng/ml	405	_	607	SOB	12592	5/30/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3770	4/21/2022	540	ng/ml	432	_	648	SOB	12687	6/17/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3770	4/21/2022	563	ng/ml	450	_	676	SOB	12686	6/13/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3770	4/21/2022	540	ng/ml	432	_	648	SOB	12797	6/23/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3775	7/1/2022	462	ng/ml	370	_	554		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
Triage Total 5 Control	DDIM	C3775	7/1/2022	520	ng/ml	416	_	624	SOB	12512	5/3/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3775	7/1/2022	485	ng/ml	388	_	582	SOB	12509	4/26/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3775	7/1/2022	504	ng/ml	403	_	605	SOB	12592	5/30/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3775	7/1/2022	546	ng/ml	437	_	655	SOB	12687	6/17/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3775	7/1/2022	592	ng/ml	474	_	710	SOB	12686	6/13/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3775	7/1/2022	546	ng/ml	437	_	655	SOB	12797	6/23/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3775	7/1/2022	452	ng/ml	362	_	542	SOB	12806	7/14/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3775	7/1/2022	497	ng/ml	398	_	596	SOB	12808	7/15/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3775	7/1/2022	447	ng/ml	358	_	536	SOB	12818	8/4/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3775	7/1/2022	479	ng/ml	383	_	575	DDIM	12580	8/2/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3775	7/1/2022	485	ng/ml	388	_	582	DDIM	12656	8/28/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3789	1/30/2022	2440	ng/ml	1952	_	2928		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
Triage Total 5 Control	DDIM	C3789	1/30/2022	2521	ng/ml	2017	_	3025	SOB	12181	11/2/2021
Triage Total 5 Control	DDIM	C3789	1/30/2022	2605	ng/ml	2084	_	3126	SOB	12238	12/14/2021
Triage Total 5 Control	DDIM	C3789	1/30/2022	2537	ng/ml	2030	_	3044	SOB	12239	12/19/2021
Triage Total 5 Control	DDIM	C3789	1/30/2022	2578	ng/ml	2062	_	3094	SOB	12434	2/4/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3789	1/30/2022	2584	ng/ml	2067	_	3101	SOB	12338	1/17/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3789	1/30/2022	2572	ng/ml	2058	_	3086	SOB	12438	2/15/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3789	1/30/2022	2702	ng/ml	2162	_	3242	SOB	12342	1/31/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3789	1/30/2022	2644	ng/ml	2115	_	3173	DDIM	12463	3/7/2022

Triage Total 5 Control	DDIM	C3789	1/30/2022	2515	ng/ml	2012	_	3018	DDIM	12455	2/20/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3789	1/30/2022	2613	ng/ml	2090	_	3136	SOB	12336	1/13/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3789	1/30/2022	2554	ng/ml	2043	_	3065	SOB	12447	3/14/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3789	1/30/2022	2475	ng/ml	1980	_	2970	SOB	12449	3/21/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3789	1/30/2022	2583	ng/ml	2066	_	3100	SOB	12448	3/29/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3789	1/30/2022	2515	ng/ml	2012	_	3018	DDIM	12465	4/12/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3792	3/27/2022	2450	ng/ml	1960	_	2940		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
Triage Total 5 Control	DDIM	C3792	3/27/2022	2586	ng/ml	2069	_	3103	SOB	12434	2/4/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3792	3/27/2022	2572	ng/ml	2058	_	3086	SOB	12338	1/17/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3792	3/27/2022	2573	ng/ml	2058	_	3088	SOB	12438	2/15/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3792	3/27/2022	2558	ng/ml	2046	_	3070	SOB	12342	1/31/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3792	3/27/2022	2453	ng/ml	1962	_	2944	DDIM	12463	3/7/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3792	3/27/2022	2439	ng/ml	1951	_	2927	DDIM	12455	2/20/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3792	3/27/2022	2705	ng/ml	2164	_	3246	SOB	12336	1/13/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3792	3/27/2022	2610	ng/ml	2088	_	3132	SOB	12447	3/14/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3792	3/27/2022	2509	ng/ml	2007	_	3011	SOB	12449	3/21/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3792	3/27/2022	2592	ng/ml	2074	_	3110	SOB	12448	3/29/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3792	3/27/2022	2430	ng/ml	1944	_	2916	DDIM	12465	4/12/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3792	3/27/2022	2689	ng/ml	2151	_	3227	SOB	12512	5/3/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3792	3/27/2022	2454	ng/ml	1963	_	2945	SOB	12509	4/26/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3792	3/27/2022	2604	ng/ml	2083	_	3125	SOB	12592	5/30/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3792	3/27/2022	2838	ng/ml	2270	_	3406	SOB	12687	6/17/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3792	3/27/2022	2798	ng/ml	2238	_	3358	SOB	12686	6/13/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3792	3/27/2022	2838	ng/ml	2270	_	3406	SOB	12797	6/23/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3797	6/25/2022	2670	ng/ml	2136	_	3204		alle Triage Panel außer unten aufgeführte Chargen	
Triage Total 5 Control	DDIM	C3797	6/25/2022	2648	ng/ml	2118	_	3178	SOB	12687	6/17/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3797	6/25/2022	2584	ng/ml	2067	_	3101	SOB	12686	6/13/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3797	6/25/2022	2703	ng/ml	2162	_	3244	SOB	12797	6/23/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3797	6/25/2022	2382	ng/ml	1906	_	2858	SOB	12806	7/14/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3797	6/25/2022	2513	ng/ml	2010	_	3016	SOB	12808	7/15/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3797	6/25/2022	2555	ng/ml	2044	_	3066	SOB	12818	8/4/2022
Triage Total 5 Control	DDIM	C3797	6/25/2022	2277	ng/ml	1822	_	2732	DDIM	12580	8/2/2022

Triage Total 5 Control	DDIM	C3797	6/25/2022	2481	ng/ml	1985 _ 2977	DDIM	12656	8/28/2022
------------------------	------	--------------	-----------	------	-------	-------------	------	-------	-----------

Vor Auftrag auf das Panel bitte auf eine gute Durchmischung der Kontrollprobe achten!